

6349/2021.
#2-120/2021.
2021. 08. 16.GÁDOROS NAGYKÖZSÉG FOGÁSZATI EGYSÉGGÉSZÜLÉK
SELEJTEZÉSI JAVASLATA

Tisztelt Neller Vivien Doktornő!

Állapotfelmérésre való kérésének megfelelően megállapítom, hogy Gádoros nagyközség, Kossuth utca 27. szám alatti fogorvosi rendelőjében található fogászati egységkészüléket megvizsgáltam és annak felújítása/modernizálása lehetetlen vagy gazdaságtalan alkatrész utánpótlás hiánya, valamint a gép elavultsága miatt, ezért selejtezése indokolt.

Megállapítottam továbbá, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/852 rendelete alapján a 95% hatásfok feletti amalgám szeparátor kezelőegységbe történő beszerelése nem megoldható, így azt külön egységben a gép mellett lehetne elhelyezni.

Ezen alkatrészek, valamint a beszerelés/kivitelezés együttes költsége 1,5 - 1,7 millió forint kiadást jelent.

Békéscsaba, 2021. Augusztus 4.

Tisztelettel:

KRESÁK MÁRK „Kisadózó”
5675 Telekgerendés, Dózsa u. 55
OTF: 1713306854212
NYTSZ.: 35574285
Adószám: 66515412-1-24